

TEKNİK ŞARTNAME


1. Karotiyer 102/450mm

Karot Bıçağı, beton numuneleri almak için, elmas uçlu, ıslak kesime uygun, 102 mm çap, 450 mm boy, 9 adet segman ve segman yüksekliği 11.5 mm olmalı.

2. Karotiyer 152/450mm

Karot Bıçağı, beton numuneleri almak için, elmas uçlu, ıslak kesime uygun, 152 mm çap, 450 mm boy, 12 adet segman ve segman yüksekliği 11.5 mm olmalı.

Ars. Gor. M. Alperen OZDEMİR

06.01.2018


Ars. Gor. Mustafa KORKMAZ

06.01.2018
