

dNTP Teknik Şartname

1. Tüm Deoxyribonucleaselar (Datp,Dgtp,Dctp,Dttp) ayrı ayrı tüplerde olmalıdır.
2. 4x0,25ml olmalıdır.
3. Ayrı tüplerin konsantrasyonu 10mM olmalıdır.
4. Formülünde Na(Sodium) tuzu bulunmamalıdır.
5. Purifikasyonu HPLC ile % 98 verimlilikte yapılmış olmalıdır.
6. Teslimatlar (-20c) soğuk zincir ortamında yapılmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Kaan HÜRKAN

18.07.2019