

PRIMER

- Analiz sertifikası ile teslim edilmelidir
- 50 NMol HPLC grade liyofilize formda olmalıdır.
- Primer dizisinde İnosine primerlerini (6 adet) de içermelidir.
- Ürün daha önceden Laboratuvarımızda denenmiş ve uygunluk alınmış olmalıdır.
- İthalatçı firma çalışmanın devamı için gerekli tüm malzemeleri temin etmelidir.
- Yüklenici firma kit hakkında teknik eğitim ve teknik servisi sağlamak zorundadır.
- İthalatçı firma aplikasyon desteği sağlamak zorundadır.
- Yüklenici firma teklif ettiği ürünlerin üretici olan firmaya ait temsilcilik belgesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır

